



Certificate of Calibration  
校正証明書

Name: TORQUE WRENCH			Date of First Used: / /	
Model: CTB100N2X15D			Serial No.: 700933Z	
Max. Capacity: 100.0			Accuracy ± (%): 1	
Units: N·m			Temperature (°C): 23	
Date of Calibration: 19/05/2009 (Day/Month/Year)			Inspector: H. KAWAMATA	

  

Set Torque	Lower	Upper	Actual Readings					
20.0	19.81	20.20	CW	20.00	20.02	20.02	20.00	20.04
			CCW	20.17	20.16	20.18	20.10	20.14
60.0	59.41	60.60	CW	60.25	60.27	60.21	60.20	60.31
			CCW	60.10	60.13	60.05	60.08	60.12
100.0	99.01	101.01	CW	100.44	100.49	100.43	100.47	100.45
			CCW	99.99	99.94	99.99	99.92	100.01

上記製品は、国家標準にトレースされた参照標準を基準とした標準器を用い、当社の作業標準に従って校正が行われ、校正作業における検査または試験結果が製品仕様を満足していることを証明します。  
We certify that product identified above was calibrated using reference standard that is traceable to the national standards specifications and according to TOHNICHI STANDARDS. We have verified that these test results comply with product specifications. Measured values are within tolerance according to ISO6789.

標準器 Standard Equipment	Model	Serial No.
トルクレンチテスタ TORQUE WRENCH TESTER	TIS01000N	705351W

参照標準 Reference Standard	公的機関 Official Facility	校正証明書 Certification No.
直尺 SCALE	(財)日本品質保証機構 JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION	AL-1256
分銅 WEIGHT	(株)村上衡器製作所 MURAKAMI KOKI CO., LTD	041325

株式会社 東日製作所

TOHNICHI MFG. CO., LTD.

TOHNICHI MFG. CO., LTD.

Head of Calibration

2-12, Omori-kita 2-Chome, Ota-ku, Tokyo 143-0016, Japan

TEL: 03-3762-2452 FAX: 03-3761-3852

07419

*H. Kawamata*